PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2014

RETIFICAÇÃO 04 DE EDITAL

Fica retificado o Edital referente ao Pregão Presencial em epígrafe, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares para o SAMU Macro Centro e Centro integrado Viva Vida, Hiperdia Minas e Convênio 1785/2012.

Onde se lê:

ITEM 21

ITEM	DESCRIÇÃO
21	Bisturi Elétrico de Alta Frequência. Bisturi de volatilização celular por alta freqüência (Eletrocautério para fazer Cirurgia de Alta Freqüência -CAF) com bipolar para micro e macro coagulações acoplado,com freqüência de atividade de 4.0 mhz e potencia de saída de 100 watts, com teclado de membrana a prova de água, funções de Corte “Cut”(80% de corte e 20% de hemostasia), de Coagulação mista “Blend” (50% de corte e 50% de hemostasia), Coagulação pura “Coag” (80% de hemostasia e 20% de corte). Necessário virem os acompanhamentos: kit com 07 eletrodos (04, 05, 07, 08, 09, 10 e 13) Caneta porta eletrodos autoclavável, com cabo de 1,8m. Placa antena com exclusivo tratamento isolante em nylon,com cabo de 1,8m. Pedal ativador totalmente a prova d’água com indicador sonoro de atividade Aspirador com filtro biológico, mangueira e especulo isolado.

Leia-se:

ITEM 21

ITEM	DESCRIÇÃO
21	Aparelho de bisturi eletrônico: bisturi de volatilização celular por alta freqüência "digital" completo, microprocessado com bipolar para micro e macro coagulações acoplado, com frequência de atividade eletromagnética de 4,0 mhz e potência máxima de saída de 100 watts, contendo: display digital de 0 a 100 watts com precisão 1% (01 watt) seletor de funções com teclado de membrana blindado resistente a umidade; funções monopolar e bipolar; corte "cut" (80% de corte e 20% de hemostasia); coagulação mista "blend" (50% de corte e 50% de hemostasia); coagulação pura "coag" (80% de hemostasia e 20% de corte); sistema de cauterização "bipolar"; um jogo de 07 eletrodos com filamento de tungstênio para o trato genital inferior (TGI), com 12cm de comprimento; uma caneta porta eletrodos autoclavável, com cabo de silicone de 1,8m e conector de segurança isolado conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2; uma placa antena reutilizável com exclusivo tratamento isolante em nylon, conforme normas de segurança em eletromedicina contra choques elétricos ou queimaduras, conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2 com cabo de 1,8m e conector. Função de monitoramento de placa com alarme de falha por mau contato ou desconexão conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2 função de segurança contra inversão de função ativa conforme norma de

	segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2 ; sistema de informação visual e sonoro de ativação (aparelho ativado). Pedal ativador totalmente a prova d'água, com sistema isolador contra choques elétricos ou curtos circuitos conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2. Conectores de segurança no painel totalmente isolados com sistema antifalha (inversão) de instalação. CD manual de instruções multimídia em português, inglês e espanhol. Aparelho bivolt 110v /220v – 50 ou 60 hz - registro no ministério da saúde, bpf – certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA; itens inclusos: um jogo de 07 eletrodos para TGI, com 12cm; uma caneta porta eletrodos autoclavável com cabo de silicone de 1,8m e conector de segurança isolado conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2; uma placa antena reutilizável com exclusivo tratamento isolante em nylon, conforme normas de segurança em eletro-medicina contra choques elétricos ou queimaduras, conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2 com cabo de 1,8 mts e conector.

Assim, os licitantes interessados devem desconsiderar o texto do edital onde se encontravam os trechos supramencionados e considerar apenas o descrito acima.

Destarte, fica a Sessão do Pregão adiada para às 09h30min do dia 04 de dezembro do corrente ano.

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2014.

Marcelino Jardim Campos
Pregoeiro Oficial